

2/4D-75/
2024

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno: NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov
Sídlo: Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
V jeho mene konajúci: MUDr. Marián Petko, MPH
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných Ing. Mgr. Marián Petko, MBA
b) technických p. Jozef Chlebovský
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK39 0900 0000 0051 3684 4694
IČO: 36167908
DIČ: 2020028824
IČ DPH: SK2020028824
Internetová adresa: www.nsp-bardejov.sk

(ďalej len „kupujúci“)

a

Obchodné meno: ULTRAMED s.r.o.
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10498/S
Sídlo: Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
Zastúpená: Martin Továrek, konateľ
IČO: 366 384 04
IČ DPH: SK2022011651
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK7711110000001104060002
E-mail: medon@ultramed.sk
Tel: +421 903 251 935
Internetová adresa: www.ultramed.sk

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky – verejnej súťaže s názvom predmetu **Medicínske zostavy** zadávanej na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 105/2024 dňa 31.05.2024 pod značkou 13869 – MST a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30.05.2024 pod číslom 319147-2024-Competition.

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zákazky:

Predmet	Množstvo
Laparoskopická zostava	1 ks

a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenej technológii a záväzok kupujúceho technológiu prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané.

2. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Súčasťou dodania požadovanej technológie je aj doprava na miesto dodania, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. Záväzok predávajúceho dodať technológiu sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. zmluvy.

II. MIESTO A ČAS DODANIA

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je: NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, Bardejov .
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr do 120 **kalendárnych dní** od vystavenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.
3. Presný dátum a čas dodania predmetu zmluvy si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri kalendárne dni vopred.
4. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny nedodaného alebo neskoro dodaného predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť ohľadne nedodanej technológie a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním technológie vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral technológiu u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

III. PODMIENKY DODANIA

1. Predávajúci sa zaväzuje technológiu zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Technológia musí byť dodaná, príp. zabalená takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jej ochranu a uchovanie.
2. Predávajúci je povinný po dodaní technológie do miesta dodania technológiu nainštalovať, uviesť do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom zaškoliť poverených zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy uvedenej technológie. O zaškolení píše oprávnení zástupcovia predávajúceho a kupujúceho relevantný doklad. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať technológiu považuje za splnený.
3. Pri odovzdaní a prevzatí technológie podpíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol/dodací list, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia technológie, záznam z prvej vonkajšej obhliadky technológie, súpis zjavných väd zistiteľných na technológii zistiteľných pri vonkajšej obhliadke, výrobné číslo predmetu zmluvy.
4. Spolu s technológiou je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nej vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva, a to najmä, nie však výlučne návod na obsluhu v slovenskom príp. českom jazyku, preberací protokol/dodací list, záručný list a iné relevantné dokumenty.
5. Momentom uvedenia technológie predávajúcim do prevádzky v mieste jej dodania podľa tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na technológii a vlastnícke právo k technológii na kupujúceho.
6. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet zmluvy plnil sám.
7. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy dodať predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
8. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.
9. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim formou dodatku k tejto zmluve.

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými predpismi.
3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním technológie a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, poistenie, náklady inštalácie, skúšobnej prevádzky a pod.
4. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Kúpnu cenu za technológiu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Pridávajúcim je oprávnený vystaviť faktúru po splnení záväzku v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je **60 kalendárnych dní** odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to prednostne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s platným právom.
6. Pridávajúcim je povinný najneskôr ku dňu vystavenia faktúry odovzdať kupujúcemu záručný list, doklad o zaškolení obsluhy a iné relevantné doklady.
7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zároveň musí obsahovať cenu predmetu zmluvy a jej položky v súlade s prílohou č. 2 tejto Kúpnej zmluvy. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6 vyššie, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.
8. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za technológiu, pridávajúcim má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Pridávajúcim je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy technológie. Pridávajúcim sa zaväzuje, že technológia ku dňu dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažená žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má technológia vady.
2. Pridávajúcim zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má technológia v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Pridávajúcim zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na technológii na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností pridávajúceho.
3. Pridávajúcim týmto poskytuje na technológiu záruku v dĺžke podľa typu technológie, najmenej však po dobu 24 mesiacov. Záručná doba na konkrétnu technológiu bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia predmetnej technológie pridávajúcim do prevádzky v mieste dodania. Zárukou preberá pridávajúcim zodpovednosť najmä za to, že technológia bude po dojednanú dobu spôsobilá na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd. Pridávajúcim bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis technológie.
4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci technológiu užívať pre vady, za ktoré zodpovedá pridávajúcim.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s technológiou v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do technológie.
6. V záručnej dobe pridávajúcim vykoná bezplatne záručné preventívne prehliadky technológie vo výrobcov predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu.

7. V záruke je zahrnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov potrebných na riadne fungovanie technológie, ako aj poradenská starostlivosť o technológiu.

VI. OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY

1. Vady technológie je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. emailom.
2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady technológie, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 10 pracovných dní od nahlásenia vady.
3. Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.
4. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady oproti lehote uvedenej v ods. 2 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradnú technológiu použiteľnú na rovnaký účel, ako vadná technológia, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 30,- EUR za každý deň omeškania predávajúceho s odstránením vady alebo poskytnutie náhradnej technológie. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
5. Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradnú technológiu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
6. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že technológia mala vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy.
7. Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov pre dodanú technológiu počas 10 rokov od ukončenia výroby posledného typu danej technológie podľa čl. I ods. 2 tejto zmluvy.
8. Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy pozáručných služieb servisu. Táto dohoda môže byť v dvoch formách:
 - Objednávkový servis - formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky
 - Zmluvný servis vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej paušálnej platby podľa vzájomne dohodnutého cenníka.

VII. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie technológie v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie väd predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnu cenou podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral technológiu u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.
4. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike podľa procesných predpisov SR. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy (hmotnoprávne aj procesné) z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.
4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly a auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi vykonávateľom (Ministerstvom zdravotníctva SR) a inými oprávnenými osobami v súlade s článkom 13 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
 - Príloha č. 1 - Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky
 - Príloha č. 2 - Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky v listinnej podobe
 - Príloha č. 3 - Zoznam Subdodávateľov
8. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia zmluvy a predávajúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
10. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Žiari nad Hronom, dňa 07.08.2024



Konateľ ULTRAMED s.r.o.

V Bardejove, dňa: 19. 08. 2024



riaditeľ

Prílohy k zmluve:

- | P. č. | Názov prílohy: |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky |
| Príloha č. 2 | Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky |



ponuku predkladá:

obchodné meno: **ULTRAMED s.r.o.**sidlo: **Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom**IČO: **36 638 404**platba DPH: **áno**dátum vypracovania ponuky: **7.8.2024**identifikácia ponúkaného zariadenia: **OLYMPUS OTV-S700**

zariadenie:

názov: **Laparoskopická zostava**objem: **1 ks**

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
	4K UHD TV kamerová jednotka (1 ks)	Rozlíšenie výstupného signálu:	min. 4K UHD TV	4K UHD TV
		Výstupy	min. 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI	12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI
		Digitálne zväčšenie obrazu	min. 2,0x	2,0x
		Počet používateľských prednastavení	min. 20	20
		Počet prednastavení patientských údajov	min. 50	50
		Umožňuje pripojenie 1-čipovej 4K UHD TV kamerovej snímacej hlavy	áno	áno
		Umožňuje pripojenie 1-čipovej HDTV kamerovej snímacej hlavy	áno	áno
		Umožňuje pripojenie 3-čipovej HDTV kamerovej snímacej hlavy	áno	áno
		Umožňuje pripojenie kompaktného autoklárovateľného snímacieho zariadenia s pracovným priemerom menším než 6 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia, s neoddeliteľne integrovaným svetlovodným a dátovým káblom do jedného vodiča	áno	áno
		Umožňuje pripojenie kompaktného autoklárovateľného snímacieho zariadenia s pracovným priemerom menším než 11 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia, s neoddeliteľne integrovaným svetlovodným a dátovým káblom do jedného vodiča	áno	áno
		Umožňuje pripojenie kompaktného autoklárovateľného snímacieho zariadenia s ohybnou distálnou časťou v min. 4 smeroch do min. 100° a s pracovným priemerom menším než 6 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia, s neoddeliteľne integrovaným svetlovodným a dátovým káblom do jedného vodiča	áno	áno
		Umožňuje pripojenie kompaktného autoklárovateľného 3D snímacieho zariadenia s pracovným priemerom menším než 11 mm, s 2 snímacími čipmi umiestnenými v distálnej časti zariadenia, s neoddeliteľne integrovaným svetlovodným a dátovým káblom do jedného vodiča:	áno	áno
		Umožňuje pripojenie flexibilného videocystoskopu, flexibilného videoureteroskopu, flexibilného videolaryngoskopu	áno	áno
		Možnosť 3D zobrazenia	áno	áno
		Možnosť obrazovej fluorescenčnej diagnostickkej funkcie zobrazenie v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu	áno	áno
		Ovládanie funkcií kamery dotykovým displejom	áno	áno
		Slovenské používateľské menu	áno	áno
		Ovládanie funkcií kamery z ovládačov umiestnených na snímacom zariadení	áno	áno
		Ovládanie funkcií kamery klávesnicou	áno	áno
		Ovládanie funkcií nožným spínačom	áno	áno
		Ukladanie snímok obrazu na prenosné, odnímateľné pamäťové médium, aj do internej pamäti kamery	áno	áno
		Nastavenie vyváženia bielej farby automaticky, manuálne cez dotykový displej alebo tlačidlom na snímacom zariadení	áno	áno
		Obrazová funkcia pre laserové zariadenia	áno	áno
		Anti moiré obrazová funkcia	áno	áno
		Obrazová funkcia zmrazenie obrazu	áno	áno
		Obrazová funkcia rotácia obrazu o 180°	áno	áno
		Obrazová diagnostická funkcia zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla	áno	áno
		obrazová fluorescenčná diagnostická funkcia zobrazenie v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu	áno	áno
		4K optika s priemerom v intervale 5 – 6 mm, pozorovací uhol 30°, vrátane sterilizačnej kazety	1 ks	1 ks
		ICG optika s priemerom v intervale 5 – 6 mm, pozorovací uhol 30°, vrátane sterilizačnej kazety	1 ks	1 ks
		Svetlovodný kábel	2 ks	2 ks
	stejný zdroj (1 ks)	automatická úprava intenzity svetla v závislosti od aktuálnej potreby operačného poľa	áno	áno
		možnosť manuálnej úpravy intenzity osvetlenia	áno	áno
		umožňuje použitie obrazovej fluorescenčnej diagnostickkej funkcie zobrazenie v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu	áno	áno
		expozícia	min. 17 krokov	17 krokov
		režim normálneho pozorovania svetla	áno	áno

LED sv	režim pozorovania v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla	áno	áno
	režim pozorovania v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu	áno	áno
	režim pozorovania zvýraznenia žltej pre lepšie rozpoznávanie nervových štruktúr v tukovom tkanive	áno	áno
	hmotnosť	max. 270 g	270 g
	systém snímania 1 CMOS čip	áno	áno
kamerová snímacia hlava (1 ks)	natívne 4K rozlíšenie	3840 x 2160 pixelov	3840 x 2160 pixelov
	počet programovateľných tlačidlových ovládačov určených na ovládanie funkcií kamery	min. 3	3
	kontinuálne automatické zaostrovanie	áno	áno
	režim normálneho pozorovania svetla	áno	áno
	režim pozorovania v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla	áno	áno
	režim pozorovania v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu	áno	áno
	režim pozorovania zvýraznenia žltej pre lepšie rozpoznávanie nervových štruktúr v tukovom tkanive	áno	áno
	mód na redukciu moiré efektu	áno	áno
	autoklávovateľná	áno	áno
monitor (2 ks)	4K UHD TV rozlíšenie	min. 3 840 x 2 160 bodov	3 840 x 2 160 bodov
	uhlopriečka monitora	min. 30"	31,5"
pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu (1 ks)	so zabudovaným pohyblivým, výškovo a smerovo nastaviteľným ramenom v min. 3 kĺboch pre monitor	áno	áno
	vysúvateľný držiak klávesnice laparoskopickej kamery	áno	áno
	s integrovanou elektroinštaláciou s oddeľovacím transformátorom	áno	áno
	s centrálnym vypínačom pripojených elektrických zariadení na stojane	áno	áno
Insuflátory (1 ks)	mobilitné prevedenie stojana na pohyblivých kolieskach s brzdením	áno	áno
	digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt	áno	áno
elektrochirurgická jednotka s ultrazvukovým m generátorom (1 ks)	maximálny výkon insuflátoru	min. 45 l/min	45 l/min
	maximálny výkon	min. 320 W	320 W
	výstupný výkon sa automaticky prispôbuje potrebám rezu a koagulácie v závislosti od stavu tkaniva:	áno	áno
	počet monopólnych samostatných výstupných konektorov	min. 2	2
	počet bipolárnych samostatných výstupných konektorov	min. 1	1
	počet bipolárnych samostatných výstupných konektorov rozoznávajúcich zapojený inštrument	min. 1	1
	počet samostatných výstupných konektorov pre inštrument kombinujúci ultrazvukovú energiu a pokročilú bipolárnu technológiu naraz v jednom inštrumente	min. 1	1
	počet samostatných výstupných konektorov pre inštrument používajúci ultrazvukovú energiu	min. 1	1
	počet režimov pre monopólny rez	min. 4 režimy	4 režimy
	počet režimov pre monopólnu koaguláciu	min. 4 režimy	4 režimy
	počet režimov pre bipolárny rez	min. 2 režimy	2 režimy
	počet režimov pre bipolárnu koaguláciu	min. 6 režimov	6 režimov
	režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie	áno	áno
	režim s automatickým ukončením bipolárnej koagulácie	áno	áno
	sprayová koagulácia	áno	áno
	ovládanie nastavení dotykovým displejom	áno	áno
	počet individuálnych nastavení, ktoré je možné uložiť do pamäti prístroja	min. 30	30
	konektor pre automatické rozoznávanie elektrochirurgických inštrumentov s nastavením odporúčaných hodnôt	áno	áno
	použitie nástrojov kombinujúcich hybridnú technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža	áno	áno
	prevodník energie pre účely použitia hybridnej technológie pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža	min. 2 prevodníky	2 prevodníky
	systém odsávania dymu insuflátorom počas používania elektrochirurgickej jednotky	áno	áno
	možnosť pripojenia nožného spínača na odsávanie dymu počas laparoskopických operácií	áno	áno
	kontrola kontaktu neutrálnej elektródy na pacientovi	áno	áno
	možnosť pripojenia elektrického morcelátora	áno	áno
	vrátane dvojpedálového nožného spínača	áno	áno
	vrátane mobilného vozíka	áno	áno
inštrument k elektrochirurgickej jednotke s ultrazvukom (5 ks)	použitie ultrazvukovej energie a pokročilej bipolárnej technológie v jednom inštrumente naraz v jednom okamžiku – hybridná technológia	áno	áno
	ultrazvuková energia zabezpečuje rez a disekciu	áno	áno
	pokročilá bipolárna energia zabezpečuje hemostázu	áno	áno
	použitie na zatavenie a prerezanie ciev a tkaniva do priemeru	min. 7 mm	7 mm
	umožňuje rez, zatavenie, koaguláciu, disekciu a uchytenie tkaniva	áno	áno
	dĺžka inštrumentu	min. 35 cm	35 cm
	priemer inštrumentu	v intervale 5-6 mm	5 mm
	počet ovládacích tlačidiel	min. 2	2
	možnosť ovládania nožným spínačom	áno	áno
	použitie samostatnej pokročilej bipolárnej energie pomocou samostatného ovládacieho tlačidla	áno	áno
	otočná pracovná časť	min. 360°	360°
	aktívne čeluste inštrumentu obsahujú pohyblivú časť s dvojtypným kĺbom	áno	áno

irigačné zariadenie (1 ks)	max. prietok	min. 1,8 liter/min	2,0 liter/min
	vrátane 2 sád irigačných a odsávacích hadíc	áno	áno
odsávacie zariadenie (1 ks)	jednoduchý systém pripájania a odpájania na vozík	áno	áno
	vrátane vozíka	áno	áno
	poistka proti prečerpaniu sekkrétov	áno	áno
	ukazovateľ hodnoty vákua	áno	áno
	výkon	min. 45 l/min	45 l/min
	vákuum	min. -90 kPa	-91 kPa
	počet sekretných nádob	min. 2 ks	2 ks
	objem sekretných nádob	min. 5 l	5 l
nahrávacie zariadenie s ovládacím monitorom FDS (1 ks)	nepretržitá prevádzka	áno	áno
	nahrávacie zariadenie, jednonábové, FHDTV	áno	áno
	ovládanie z hlavy kamery	áno	áno
	s možnosťou streamovania	áno	áno
	integrované FHD AV vstupy	min. 1 FHD AV vstup	1 FHD AV vstup
	integrovaný HDD	min. 4 TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8 TB	4 TB s možnosťou jeho interného rozšírenia na min. 8 TB
	funkcia prehrávania multizáznamov: aplikácia umožňuje prehrávanie viackamerových simultánných záznamov s možnosťou voľby zobrazenia Singleview, Matrix, PiP	áno	áno
	možnosť prepojenia s NIS (nemocničným informačným systémom), automatické zdieľanie dát z NIS	áno	áno
	aplikácia umožňujúca spracovanie videa priamo na sále, editácia videí a snímok, orezanie, strih, viacnásobný strih, zlučovanie výstrižkov do jedného videa	áno	áno
	funkcia "Markovanie": možnosť označenia dôležitých úsekov výkonu s možnosťou ich popisu online aj dodatočne pri prehrávanom zázname	áno	áno
	funkcia Multizáznam: súbežné nahrávanie až 4 videovstupov do jednej nahrávky, vrátane IP kamier	áno	áno
	možnosť odosielania totiek, videí, alebo ich častí do PACS priamo z nahrávacieho zariadenia	áno	áno
	možnosť integrácie do domény	áno	áno
	možnosť dodatočného HW rozšírenia počtu integrovaných AV vstupov na min. 2 vstupy	áno	áno
	možnosť dodatočného rozšírenia o nahrávanie záznamu v 4K kvalite	áno	áno
	možnosť rozšírenia o integrovaný modul videokonferencie, ktorá je súčasťou ovládacej aplikácie a dokáže súčasne využívať všetky zapojené kamery (min. 4) s možnosťou voľby zobrazovanej kamery a layoutu zobrazenia	áno	áno
	ovládaci FHDTV dotykový monitor s uhlopriečkou	min. 15 palcov	15 palcov
	vrátane ramena pre uchytienie monitora na pracovnej stanici	áno	áno
	všetky dodané súčasti sú lifetime licenciami a nezahŕňujú žiadne ďalšie mandatórne poplatky	áno	áno
	vzdialené riešenie problémov vzdialeným prístupom na hotline linke	áno	áno
Server, centrálna jednotka systému (1 ks)	centrálna databáza, evidencia a archivácia elektronických nahrávok zdravotníckej dokumentácie	áno	áno
	zabezpečenie systému - možnosť integrácie do domény LDAP / AD	áno	áno
	možnosť prijímať záznamy zo záznamníkov tretích strán	áno	áno
	odosielanie záznamov do PACS, DICOM 3	áno	áno
	veľkosť serverového úložiska	min. 4 TB	4 TB
	všetky dodané súčasti sú lifetime licenciami a nezahŕňujú žiadne ďalšie mandatórne poplatky	áno	áno
	vzdialené riešenie problémov vzdialeným prístupom na hotline linke	áno	áno
	možnosť prístupu do centrálného úložiska	áno	áno
Pracovná stanica, webová aplikácia (1 ks)	zabezpečený prístup s možnosťou využitia LDAP/AD	áno	áno
	plánovanie výšetrení a dodatočná úprava metadát	áno	áno
	možnosť implementácie SSL certifikácie	áno	áno
	prehrávanie viackamerových simultánných záznamov s možnosťou výberu layoutu zobrazenia (matrix, singleview, PbP, PiP)	áno	áno
	možnosť úpravy záznamov: značky, strih, autostrih, orezávanie, elektronické pero	áno	áno
	možnosť kategorizácie záznamov podľa názvov, ich fulltextové vyhľadávanie a do playlistov podľa jednotlivých používateľských účtov	áno	áno
	možnosť vytvoriť neobmedzené množstvo účtov pre prihlásenie	áno	áno
	všetky dodané súčasti sú lifetime licenciami a nezahŕňujú žiadne ďalšie mandatórne poplatky	áno	áno
	vzdialené riešenie problémov vzdialeným prístupom na hotline linke	áno	áno
	Veressova ihla, 150 mm	1 ks	1 ks
	Veressova ihla, 120 mm	1 ks	1 ks
	Optika, 10 mm, 30°	1 ks	1 ks
*	Optika, 5 mm, 30°	1 ks	1 ks
	Svetlovodný kábel	1 ks	1 ks
	Monopolárny kábel	1 ks	1 ks
	Hadice pre oplachovú pumpu	2 ks	2 ks
	Hadica, pre odsávanie dymu	4 ks	4 ks
	Hadica pre insufláciu	4 ks	4 ks
	Rúčka pre odsávanie/irigáciu	2 ks	2 ks
	Tubus pre rúčku, 5 mm	2 ks	2 ks
	Tubus pre rúčku, 10 mm	2 ks	2 ks
	Monopolárny háčik, 5 x 330 mm	1 ks	1 ks
	Monopolárny háčik, dlhý, 5 x 330 mm	1 ks	1 ks
	Klipovač, 10 x 330 mm	1 ks	1 ks
	GRASPER 10 x 330 mm, extraktor	1 ks	1 ks


laparoskopické instrumentárium	NOŽNICE 5 x 330 mm, Metzenbaum, s 2 prac. časťami	1 ks	1 ks
	NOŽNICE 5 x 330 mm, papagájky, s 2 prac. časťami	1 ks	1 ks
	DISEKTOR 5 x 330 mm, Maryland, s 2 prac. časťami	1 ks	1 ks
	GRASPER 5 x 330 mm, long Johann	3 ks	3 ks
	GRASPER 5 x 330 mm, atraumatický	2 ks	2 ks
	GRASPER 10 x 330 mm, Babcock	1 ks	1 ks
	DISEKTOR 5 x 330 mm, vpravo zahnutý	1 ks	1 ks
	Sterilizačná kazeta pre optiky	1 ks	1 ks
	Fasciálna ihla	1 ks	1 ks
	Náhradná kanyla pre fasciálnu ihlu	1 ks	1 ks
	IHELEC 5 x 330 mm, priamy	4 ks	4 ks
	Trokar 5,5 mm, dĺžka 100 mm, hladký, s ventilom	2 ks	2 ks
	Trokar 5,5 mm, dĺžka 120 mm, hladký, s ventilom	2 ks	2 ks
	Trokar 5,5 mm, dĺžka 100 mm, hladký, s ventilom	2 ks	2 ks
	Trokar 5,5 mm, dĺžka 120 mm, hladký, bez ventilu	2 ks	2 ks
	Bodec kónický, 100 mm	2 ks	2 ks
	Bodec kónický, 120 mm	2 ks	2 ks
	Bodec triangulárny, 100 mm	2 ks	2 ks
	Bodec triangulárny, 120 mm	2 ks	2 ks
	Závit 5,5 mm	6 ks	6 ks
	Tesniaca čiapočka trokara 5,5 mm	20 ks	20 ks
	Vnútrotná klapka trokara 5,5 mm	20 ks	20 ks
	Tesnenie tela trokara 5,5 mm	20 ks	20 ks
	Trokar 10 mm, dĺžka 100 mm, hladký, s ventilom	4 k	4 k
	Trokar 10 mm, dĺžka 120 mm, hladký, s ventilom	4 ks	4 ks
	Bodec kónický, 100 mm	2 ks	2 ks
	Bodec kónický, 120 mm	2 ks	2 ks
	Bodec triangulárny, 100 mm	2 ks	2 ks
	Bodec triangulárny, 120 mm	2 ks	2 ks
	Redukcia 10 - 5,5, dlhá	4 ks	4 ks
	Redukcia 10 - 5,5, krátka	4 ks	4 ks
	Závit 10 mm	8 ks	8 ks
	Tesniaca čiapočka trokara 10 mm	20 ks	20 ks
	Vnútrotné tesnenie trokara 10 mm	20 ks	20 ks
	Tesnenie tela trokara 10 mm	20 ks	20 ks
	Tesnenie redukcie	20 ks	20 ks
Osobitné požiadavky	Záruka	min. 24 mesiacov	24 mesiacov
	Doprava na miesto dodania	áno	áno
	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno
	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno
	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno

PRÍLOHA Č. 2 KÚPNEJ ZMLUVY – CENOVÁ PONUKA

obchodné meno: ULTRAMED, s.r.o. miesto vystavenia: Žiar nad Hronom
sídlo: Š. Moysesova 431/14, 96501 Žiar nad Hronom dátum vystavenia: 07.08.2024
IČO: 366 384 04
štatut. zástupca: Martin Továrek, konateľ

časť	názov položky	MJ	počet MJ	cena za MJ v EUR bez DPH	cena spolu v EUR bez DPH	DPH	cena spolu v EUR s DPH
1	laparoskopická zostava	ks	1	231 779,00	231 779,00	46 355,80	278 134,80
CELKOM		231 779,00 EUR bez DPH					

V Žiari nad Hronom, dňa 07.08.2024



Martin Továrek, konateľ
ULTRAMED, s.r.o.

Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy

Predávajúci:

Obchodné meno: ULTRAMED, s.r.o.
 Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10498/S
 Sídlo: Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 Zastúpená: Martin Továrek, konateľ
 IČO: 366 384 04
 IČ DPH: SK2022011651

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

☒ ¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov

☐ ¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

V Žiari nad Hronom, dňa: 07.08.2024

V Bardejove, dňa: 19.08.2024

Predávajúci:

UL
 Š. Moysesova
 IČO: 366
 Martin Továrek
 Konateľ Ultramed, s.r.o

Kupujúci: